



IOZZ000.272.3.2022

Wrocław, dnia: 2.02.2022 r.

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem *jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 7 części:*

- część nr 1 – materiały medyczne*
- część nr 2 – przyrządy do infuzji i przetaczania*
- część nr 3 – ostrza*
- część nr 4 – strzykawki*
- część nr 5 – materiały opatrunkowe*
- część nr 6 – cewniki*
- część nr 7 – materiały medyczne*

Zamawiający odpowiada na pytania wykonawców:

#### **Pytanie nr 1**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x32mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły w rozmiarze 0,6x32mm.

#### **Pytanie nr 2**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x32mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7x32mm.

#### **Pytanie nr 3**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x38mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x38mm.

#### **Pytanie nr 4**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x38mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x38mm.

#### **Pytanie nr 5**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x32mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły w rozmiarze 0,6x32mm.

#### **Pytanie nr 6**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x38mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x38mm.

#### **Pytanie nr 7**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x38mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x38mm.

#### **Pytanie nr 8**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x38mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x38mm.

#### **Pytanie nr 9**

Pakiet 1 poz.5,6. Czy Zamawiający dopuści igłę pakowaną po 100szt z zaokrągleniem ilości w górę?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści igłę pakowaną po 100szt z zaokrągleniem ilości w górę



**Pytanie nr 10**

Pakiet 1 poz.5. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x20mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły w rozmiarze 0,7x20mm.

**Pytanie nr 11**

Pakiet 1 poz.6. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x20mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły w rozmiarze 0,8x20mm.

**Pytanie nr 12**

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,1x20mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły w rozmiarze 1,1x20mm.

**Pytanie nr 13**

Pakiet 1 poz.9. Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,6/ 26G?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści kaniuli w rozmiarze 0,6/ 26G.

**Pytanie nr 14**

Pakiet 1 poz.13. Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,2/ 18G?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści kaniuli w rozmiarze 1,2/ 18G.

**Pytanie nr 15**

Pakiet 1 poz.12. Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,0/ 20G?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści kaniuli w rozmiarze 1,0/ 20G.

**Pytanie nr 16**

Pakiet 1 poz.11. Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,8/ 22G?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści kaniuli w rozmiarze 0,8/ 22G.

**Pytanie nr 17**

Pakiet 2 poz.1. Czy Zamawiający dopuści kranik z drenem o średnicy 3,0x4,1mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści kranika z drenem o średnicy 3,0x4,1mm.

**Pytanie nr 18**

Pakiet 2 poz.4. Czy Zamawiający dopuści przyrząd z plastikowym portem do dodatkowych wstrzyknień?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści przyrządu z plastikowym portem do dodatkowych wstrzyknień.

**Pytanie nr 19**

Pakiet 2 poz.5. Czy Zamawiający dopuści ustawienie przepływów do 300ml/h?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści ustawienia przepływów do 300ml/h.

**Pytanie nr 20**

Pakiet 4 poz.2. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tylko 1ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści strzykawki tylko 1ml.

**Pytanie nr 21**

Pakiet 4 poz.5. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w kolorze pomarańczowym?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści strzykawkę w kolorze pomarańczowym.

**Pytanie nr 22**

Część 1, pozycja 1.7 - Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,8x50mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,8x50mm.



**Pytanie nr 23**

Część 1, pozycja 3.2 - Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,8x90mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,8x90mm.

**Pytanie nr 24**

Część 1, pozycja 3.1 - Czy Zamawiający dopuści kolor mandrynu szary?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści kolor mandrynu szary.

**Pytanie nr 25**

Część 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,9x90mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,9x90mm.

**Pytanie nr 26**

Część 1, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł typu motyle w opakowaniu a'100szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę igieł typu motyle w opakowaniu a'100szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**Pytanie nr 27**

Część 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 0,6x62G?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 0,6x62G.

**Pytanie nr 28**

Część 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o średnicy 3,2x4,1mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o średnicy 3,2x4,1mm.

**Pytanie nr 29**

Część 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z ciśnieniem 4,5bar?

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuści kranik trójdrożny z ciśnieniem 4,5bar.

**Pytanie nr 30**

Część 3, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do innego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do innego pakietu.

**Pytanie nr 31**

Część 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny w rozmiarze 0,45x13mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści strzykawki do tuberkuliny w rozmiarze 0,45x13mm.

**Pytanie nr 32**

Część 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych bez igły aspiracyjnej?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych bez igły aspiracyjnej.

**Pytanie nr 33**

Część 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści oddzielną wycenę na strzykawkę i igłę?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści oddzielnej wyceny na strzykawkę i igłę.

**Pytanie nr 34**

Część 4, pozycja 5.4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.



**Pytanie nr 35**

Część 5, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120 cm.

**Pytanie nr 36**

Część 5, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści podkłady w opakowaniu a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści podkłady w opakowaniu a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie nr 37**

Część 5, poz. 4 a – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm (w miejsce serwety 30 x 45 cm)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm (w miejsce serwety 30 x 45 cm).

**Pytanie nr 38**

Część 5, poz. 4 b – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 60 cm (w miejsce serwety 45 x 60 cm)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 60 cm (w miejsce serwety 45 x 60 cm).

**Pytanie nr 39**

Część 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarach 3-10?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści rurek intubacyjnych w rozmiarach 3-10.

**Pytanie nr 40**

Część 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 cm x 150 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 cm x 150 cm.

**Pytanie nr 41**

Część 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 cm x 120 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 cm x 120 cm.

**Pytanie nr 42**

Część 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 cm x 45 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 cm x 45 cm.

**Pytanie nr 43**

Część 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 cm x 75 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 cm x 75 cm.

**Pytanie nr 44**

Część 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'25 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'25 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Pytanie nr 45**

Część 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej i znieczulenia podpajęczynówkowego w rozm. 07x90mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igłę do punkcji lędźwiowej i znieczulenia podpajęczynówkowego w rozm. 07x90mm.

**Pytanie nr 46**

Część 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, czy nie chodzi o rozmiar 0,7x88mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie popełnił omyłki.



**Pytanie nr 47**

Część 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, czy nie chodzi o rozmiar 0,7x88mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie popełnił omyłki.

**Pytanie nr 48**

Część 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej i znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 0,9x90mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji lędźwiowej i znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 0,9x90mm.

**Pytanie nr 49**

Część 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,6 / 26G?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści kaniuli w rozmiarze 0,6 / 26G.

**Pytanie nr 50**

Część 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia niemowląt o długości 50cm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuści cewników do karmienia niemowląt o długości 50cm.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni  
Prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk