



IOZZ000.272.22.2021

Wrocław, dnia: 27.10.2021 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest *dostawa komory fitotronowej do hodowli roślin z oświetleniem led podpółkowym*

Zamawiający odpowiada na pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie zostało wyposażone w system automatycznego odmrażania? W przypadku pracy poniżej temperatury otoczenia brak takiego systemu może negatywnie wpływać na parametry w komorze.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby urządzenie zostało wyposażone w system automatycznego odmrażania.

Ponadto Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na **3.11.2021 r. do godziny 10:30.**

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni
Prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk