



I0CZZ000.272.3.2021

Wrocław, 12.07.2021 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest ***Dostawa pięciu identycznych akcelerometrów wraz z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, ZADANIE 5, Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-C005/19-00***

Zamawiający odpowiada na pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Wzór umowy” w § 9 ust. 1 umowy Zamawiający zastosował zapis „[...] karami umownymi w wysokości 2 % od wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia [...]”. Proszę podanie, od jakiej wartości, będzie naliczana kara, brutto czy netto?

Odpowiedź: Kary umowne naliczane są od wartości brutto umowy.

Pytanie nr 2

W załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” w wierszu nr 1. Zamawiający określił wymagane parametry akcelerometru następująco: „Napięcie zasilania 5 – 36 VDC”. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia o napięciu zasilania 9 – 18 VDC?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.

Pytanie nr 3

W załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia” w wierszu nr 14. Zamawiający określił wymagane parametry digitizera następująco: „Zasilanie 5 – 36 V”. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia o napięciu zasilania 9 – 18 V?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.

Ponadto Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 16 lipca br. do godziny 9:00.

Rektor
Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

